



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
LABORATORIO STANDARD LATTE

FT110A

UREA – STANDARD 1 (MRUSTD1)

LATTE TERMIZZATO

Descrizione del campione: 24 ml di latte sgrassato e trattato termicamente con un contenuto di urea di circa 30 mg/100 ml. Il campione è contenuto in provette di vetro con tappo a vite.

Identificazione: in etichetta sono riportati il logo AIA, il tipo di prodotto, il lotto di produzione, l'identificativo alfanumerico, la data di scadenza e il codice prodotto.

Finalità d'uso: per la taratura degli strumenti operanti in pHmetria differenziale, conduttimetria, colorimetria e strumenti a medio infrarosso.

Stoccaggio e utilizzo: conservare a $4 \pm 2^\circ\text{C}$. Una volta aperto, il campione deve essere utilizzato entro breve tempo.

Conservante: Bronopol Tecnico 0,04 % (p/v).

Sicurezza: campione non edibile, non nocivo per la pelle. Non disperdere nell'ambiente.

Data di scadenza: 6 mesi dalla data di preparazione.

UREA STANDARD 1 (MRUSTD1)

HEAT TREATED MILK

Sample description: 24 ml skim milk sample, heat treated, at a urea content of about 30 mg/100 ml. Sample is in a screw black cap glass vial.

Identification: the label shows the AIA logo, the type of product, the production batch, the alphanumeric identifier, the expiry date, and the product code.

Purpose of use: for calibrating differential pH, conductometric, colorimetric instruments, and mid-Infrared instruments.

Storage and use: store at $4 \pm 2^\circ\text{C}$ Once opened, the sample must be used within a short time.

Preservative: Bronopol 0,04 % (wt/vol).

Safety: inedible sample, not harmful to the skin. Do not waste it in the environment.

Expiry date: 6 months from date of production.