



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
LABORATORIO STANDARD LATTE

FT308A

PRESENZA / ASSENZA INIBENTI

INHIBITOR SUBSTANCES IN MILK

CONTROLLO NEGATIVO (MRN)

NEGATIVE CONTROL (MRN)

Descrizione del campione: 0,5 g di latte sgrassato e liofilizzato contenuto in provette in vetro scuro con tappo a ghiera.

Sample description: 0,5 g lyophilized skim milk sample in an amber glass vials with rubber cup and metal seal.

Identificazione: in etichetta sono riportati il logo AIA, il tipo di prodotto, il lotto di produzione, l'identificativo alfanumerico, la data di scadenza e il codice prodotto.

Identification: the label shows the AIA logo, the type of product, the production batch, the alphanumeric identifier, the expiry date, and the product code.

Finalità d'uso: per il controllo negativo nei test per la ricerca degli inibenti nel latte.

Purpose of use: for negative control in test for detection of inhibitor substances in milk.

Stoccaggio e utilizzo: conservare a $4 \pm 2^\circ\text{C}$. Ricostituire con $4,5 \pm 0,1\text{g}$ di acqua distillata. Una volta aperto, il campione deve essere utilizzato entro breve tempo.

Storage and use: store at $4 \pm 2^\circ\text{C}$. Reconstitute with $4,5 \pm 0,1\text{g}$ of sterile water. Once opened, the sample must be used within a short time.

Sicurezza: campione non edibile, non nocivo per la pelle. Non disperdere nell'ambiente.

Safety: inedible sample, not harmful to the skin. Do not waste it in the environment.

Data di scadenza: 2 anni dalla data di preparazione.

Expiry date: 2 years from date of production.